

Mińsk Mazowiecki, 2021-10-21

dot.: Ogłoszenia w sprawie składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące opisów przedmiotów zamówienia informujemy:

Zadanie nr 3 - Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji

Pytanie 1: p. 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z tłokiem z regulacją głębokości ucisku z zakresu 30-55 mm?

Odp: Zgodnie z OPZ.

Pytanie 2: p. 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością pracy na pacjentach o szerokości klatki piersiowej 60 cm?

Odp: Zgodnie z OPZ.

Pytanie 2: p. 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością wysyłania danych w formacie pdf z dedykowanego oprogramowania, po wcześniejszym przesłaniu danych przez bluetooth lub Wifi?

Odp: Zgodnie z OPZ.

Pytanie 4: p. 11

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z tłokiem z automatycznym zatrzymaniem tłoka na 3 sekundy na oddech, bez możliwości regulacji?

3 sekundy to standard, który daje możliwość wykonania 3 oddechów w trakcie reanimacji.

Odp: Zgodnie z OPZ.

Pytanie 5: p. 13, 14

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z konstrukcją niwelującą potrzebę zastosowania deski, pasów do mocowania rąk oraz podkładki stabilizującej głowę?

Oferowane przez nas urządzenie umożliwia stosowanie go także pod kątem 45 stopni, co zwiększa możliwości reanimacji i bezpieczeństwo pacjenta.

Odp: Zgodnie z OPZ.

Pytanie 6: p. 12

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ładowaniem akumulatora nie dłuższym niż 240 minut?

Oferowane przez nas urządzenie posiada akumulator większej pojemności i daje możliwość pracy 60 minut. Wartość ta jest większa niż w wymaganych przez Zamawiającego urządzeniach.

Odp: Zgodnie z OPZ.

Zadanie nr 6 – Kardiomonitor

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z 10 poziomami jasności ekranu?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią do 240 godzin, 1200 pomiarów BIBP oraz 1000 grup alarmowych z możliwością przeglądania zapisanych danych w postaci trendów graficznych i tabelarycznych?

Odp: Zgodnie z OPZ

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością ręcznego ustawienia wybranego kabla pacjenta EKG (3- lub 5- odpr.)?

Odp: Zgodnie z OPZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor ze wzmocnieniem EKG 0.25, 0.5, 1, 2 cm/mV?

Odp: Zgodnie z OPZ

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z regulacją alarmy respiracji z zakresu 10-40 sek?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji pomiaru SpO2 i NIBP na jednym ramieniu/ręce bez pojawienia się alarmu w trakcie pompowania?

Takie rozwiązanie jest fizjologicznie niemożliwe, a funkcja polega jedynie od odciążeniu w czasie alarmu.

Odp: Zgodnie z OPZ

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią na 1200 pomiarów?

Odp: Zgodnie z OPZ

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością pomiaru ciśnienia w trybie ciągłym z odstępem co 5 sekund?

Odp: Zgodnie z OPZ

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością zawieszenia alarmów na 2 minuty?

Odp: Zgodnie z OPZ

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z 4 poziomami alarmów?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości pamiętania 15 pacjentów?

Odp: Zgodnie z OPZ

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z wyświetlaniem trendu do 4 godzin?

Odp: Zgodnie z OPZ

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z licznika godzin pracy i możliwości podłączenia drukarki zewnętrznej?

Odp: Zgodnie z OPZ

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z bez funkcji wyświetlania alarmów z innych monitorów i podglądu ich?

Odp: Zgodnie z OPZ

Zadanie nr 4 – Centrala do monitorowania

1. – **Pkt. IV,4** Czy Zamawiający dopuści do przetargu centralę monitorującą posiadającą możliwość współpracy z systemem szpitalnym HIS posiadanym przez szpital natomiast bez integracji po stronie oferenta.

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Mariusz Martyniak

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy